



Procedura aperta ex art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163 ai fini dell'aggiudicazione della fornitura per il periodo di due anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno (2+1), di "KIT DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DI ANALISI RADIOIMMUNOLOGICHE (R.I.A.)", destinati alle esigenze del Laboratorio di Radioimmunologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e situato presso il Policlinico di Monserrato

CHIARIMENTI

In relazione alle istanze di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

Lotto 2 - Anticorpi antirecettore TSH (TRAb) - viene richiesto nel capitolato tecnico alla voce "metodologia" un kit in fase liquida con recettore del TSH ricombinante umano. Nelle "note" dello stesso capitolato tecnico viene specificata la richiesta di un test di terza generazione. Si chiedono chiarimenti in merito in quanto la terza generazione utilizza un recettore di tipo porcino, in contrapposizione dunque alla richiesta di un recettore umano ricombinante che viene utilizzato invece nel kit di seconda generazione.

Risposta: Per un mero errore materiale è stata aggiunta la specifica "di terza generazione" mentre la dicitura corretta è "di seconda generazione".

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Maria Teresa Piras