



**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI**

**Sede legale: Via Ospedale n.54 – 09124 CAGLIARI**

CODICE FISCALE P-IVA e C.F. 031085660925

[www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)

## **CAPITOLATO TECNICO**

### **Fornitura ed installazione di**

### **N. 2 DEFIBRILLATORI PORTATILI**

#### **N. GARA 470339 LOTTO CIG 0401214443: N. 2 DEFIBRILLATORI PORTATILI.**

I defibrillatori in oggetto devono possedere le seguenti caratteristiche :

- Defibrillatore/monitor semiautomatico e manuale, pratico, maneggevole e di facile uso
- Deve avere un formato d'onda bifasica
- Deve avere il monitoraggio ECG
- Deve garantire la cardioversione sincronizzata
- Deve essere dotata di elettrodi di stimolazione pediatrici incorporati
- Deve poter effettuare la scarica bifasica esponenziale troncata
- Possibilità di regolare i parametri della forma d'onda automaticamente in funzione dell'impedenza del paziente
- L'energia erogabile deve essere **non superiore a 150 J** in automatico e 200 J in manuale
- Il display elettroluminescente deve essere ad alta risoluzione
- Il tempo di carica al massimo livello deve essere inferiore a 3 secondi
- La modalità semiautomatica deve essere accompagnata da chiari messaggi vocali e di testo sul display
- Le piastre esterne devono avere il relativo indicatore di contatto
- La stampante dei tracciati deve essere incorporata
- La batteria al piombo-acido sigillata e ricaricabile deve essere facilmente estraibile per la sostituzione in emergenza
- L'erogazione della scarica deve poter avvenire attraverso elettrodi multifunzione del defibrillatore o piastre

#### **Devono inoltre essere integrati:**

- Monitoraggio ECG con placche o con elettrodi di monitoraggio separati
- Sommaro degli eventi memorizzato internamente e stampabile
- Ossimetria (SpO2) con allarmi
- Stimolazione non invasiva

La spesa complessiva presunta per la fornitura di n. 2 defibrillatori è di **€ 32.000,00 I.V.A ESCLUSA.**

