

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

www.aoucagliari.it

CHIARIMENTI

Lotto 3 : viene specificato che, qualora il metodo proposto necessiti di strumentazione di cui l'AOU non ha la disponibilità, l'offerta deve comprendere anche idonea apparecchiatura dedicata, mediante la modalità service full risk,

domanda : è necessario fornire strumentazione per PCR Real Time e strumentazione per l'estrazione con i relativi reagenti dedicati?

Risposta:

Il LOTTO 3 recita : ".....**Qualora il metodo proposto necessiti di strumentazione di cui l'AOU o ha la disponibilità, l'offerta deve comprendere anche idonea apparecchiatura dedicata, mediante la modalità service full risk. Di tale apparecchiatura deve essere indicato il costo annuale del noleggio, separatamente dal valore della fornitura del reagente.....**

Poiché le ditte partecipanti potranno acquisire in via preliminare tutte le notizie necessarie a formulare un'offerta che soddisfi le richieste del capitolato, l'eventuale fornitura di diagnostici dedicati o con particolari caratteristiche dovrà, se necessario e nel rispetto del capitolato, prevedere anche l'eventuale fornitura delle macchine anche per questo lotto.

CHIARIMENTO: Lotto 1) Il LIS di cui sono dotati i Laboratori dell'AOU di Cagliari operano in modalità Host-Query. È evidente che ogni applicativo dovrà essere funzionale al sistema in uso. Ciò non vieta la proposta di un sistema che si integri con quanto in uso e consenta di operare secondo i criteri organizzativi della struttura. Pertanto, saranno valutate anche eventuali offerte che propongono sistemi diversi, purché interfacciabili con il LIS; delle stesse saranno esaminati gli aspetti tecnici e funzionali.

CHIARIMENTO: Lotto 1 – pag. 2 - Caratteristiche minime di fornitura:

Nel Capitolato si legge:

*a) Sistema analitico dovrà risultare costituito dal minor numero possibile di strumenti per l'esecuzione, preferibilmente a totale automazione, delle fasi di **estrazione, amplificazione e rivelazione** degli acidi nucleici virali. Qualora l'apparecchiatura sia strutturata in più moduli, sarà valutata, quale proposta ottimale, quell'offerta che prevede la possibilità che si tratti di un sistema che realizzi un ambiente unico e omogeneo del processo (estrazione, amplificazione e lettura) e che non imponga interventi da parte dell'operatore. Gli strumenti devono essere **nuovi** (non saranno valutate offerte che prevedono apparecchi ricondizionati), di **ultima generazione, ad alta potenzialità analitica, con totale compatibilità di reattivi, calibratori, controlli** e materiale di consumo sulla strumentazione offerta, e in grado di eseguire i test previsti nel presente capitolato.....*

La ditta interpellante sostanzialmente chiede **se saranno escluse le offerte che prevedono più moduli strumentali non fisicamente congiunti. In questo caso la risposta è no.** Pertanto, la partecipazione non è riservata ad una sola ditta. Inoltre, si fa notare che la valutazione di qualità sarà ritenuta ottimale per quell'aspetto, ma non si arresta al particolare evidenziato; infatti, il giudizio complessivo della commissione sarà formato dalla valutazione attenta di numerosi altri aspetti indicati nel capitolato speciale.

CHIARIMENTO : Lotto 1) (pag.2-3 caratteristiche minime della fornitura). La strutturazione del prodotto non limita la possibilità di offerta, a condizione che rispetti realmente le caratteristiche inderogabili stabilite dal capitolato. Pertanto, l'interfaccia con il LIS dovrà essere unica, mentre l'operatività del sistema offerto potrà prevedere anche hardware separati, ma collegati ad unica macchina interfacciata al LIS. In altre parole, come si gestisce il sistema è una prerogativa del costruttore, mentre l'interfaccia con il LIS dovrà essere singola, come se si trattasse di un solo strumento.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CHIARIMENTO: LOTTO 1 (art. 1 Descrizione dei LOTTI. Caratteristiche preferenziali oggetto di valutazione).
Le caratteristiche preferenziali non implicano l'esclusione di eventuali ditte che non posseggano determinate specifiche tecniche. Semmai le stesse, nel rispetto delle modalità indicate in capitolato per la valutazione e l'attribuzione del punteggio, saranno valutate dalla commissione che esaminerà le offerte. Pertanto, qualora le osservazioni proposte dalla ditta interrogante dovessero risultare corrette, è evidente che la valutazione avverrà sulla base del disposto del capitolato e dell'evidenza tecnica documentata.

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato
Dott. ssa Maria Teresa Piras