

## ALLEGATO A

### CAPITOLATO TECNICO CAMICI E TELINI IN TNT STERILE

LOTTI	DESCRIZIONE MATERIALE	FABBISOGNO PER 12 MESI			CAMPIONI PEZZI (PER CIASCUNA MISURA)	CODICE SISAR
		SGD	POL	TOTALE		
1	CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI M-L-XL	6000	4000	10000	5	8815-14-13
2	CAMICI CHIRURGICI NON RINFORZATI M-L-XL	8000	6000	14000	5	8817-16
3	CAMICI PER VISITATORE STERILI	500	800	1300	5	8821
4	TELI CHIRURGICI CON BANDA ADESIVA cm					
	a. 40X60	500	100	600	4	23362
	b. 75X100	***	2600	2600	4	23364
	c. 75X90	4000	2000	6000	4	23365
	d. 100X100	2000	2600	4600	4	23354
	e. 100X150	2000	100	2100	4	23356
	f. 150X200	2600	1500	4100	4	23360
5	TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO CENTRALE					
	a. 75x90 foro 7x5 cm	500	500	1000	4	23370
	b. 100x150 foro 15x20 cm	1000	***	1000	4	23368
6	TELI CHIRURGICI IN P.U. 40x40	1500	***	1500	4	23281
7	TELI A SACCO PER TAVOLO MAYO					
	a. 80x190	6000	2000	8000	4	928028
	b. 75x90 per chirurgia oftalmica	3200	500	3700	4	23276
8	TELO TAVOLO MADRE 200X250	300	1200	1500	4	78264
9	TELI PER CHIRURGIA OPTALMICA 75X100	3200	***	3200	4	23373
10	TELO A "U"	***	500	500	3	
11	TELO PER LAPARATOMIA A "T"	***	600	600	3	78263

12	GAMBALETTO IMPERMEABILE 70X120	***	300	<b>300</b>	5	13131
13	GAMBALE STOCKINETTE 22x100	****	1500	<b>1500</b>	5	75893
14	GUANTO PUBICO	****	400	<b>400</b>	3	76362
15	TASCHE STERILI PORTASTRUMENTI					
	a. 1 COMPARTO 35x40cm	1500	1800	<b>3300</b>	5	23226
	b. 2 COMPARTI 35X50cm	500	4800	<b>5300</b>	5	78262
16	SET CATETERISMO VESCICALE	400	***	<b>400</b>	4	78077
17	SET PER CVC	300	100	<b>400</b>	4	21390
18	SET PER BIOPSIA EPATICA	100	***	<b>100</b>	3	21145
19	SET PARTO CESAREO	300	***	<b>300</b>	3	21444
20	SET PACE MAKER PROVVISORIO	50	***	<b>50</b>	3	21439
21	SET PER EMERGENZA CHIRURGICA	80	***	<b>80</b>	3	
22	SET UNIVERSALE PER CHIRURGIA GENERALE	***	600	<b>600</b>	3	21442
23	SET PER TIROIDE	***	1000	<b>1000</b>	3	76919
24	SET PER CHIRURGIA DELLA CAROTIDE	***	600	<b>600</b>	3	

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## CAMICI CHIRURGICI E PER VISITATORE STERILI

### CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI E NON RINFORZATI . LOTTO 1-2

Devono essere in tnt idrorepellente spunlaced a base di polpa di cellulosa ( almeno il 65 % ) e poliestere ,privo di leganti chimici,altamente traspirante,ideone a garantire proprieta' barriera nei confronti dei liquidi e dei microrganismi,resistente e morbido,le colorazioni devono essere stabili e atossiche,all' incenerimento non devono lasciare residui tossici.Il corpo del camice deve essere in un unico pezzo,eventuali inserti-allacciature ,maniche ,rinforzi,polsini o altro-devono essere fissati mediante cuciture doppie e piatte o termosaldati. Devono avere ottima resistenza meccanica

La chiusura sul collo deve essere regolabile con idoneo sistema tipo velcro,copertura totale posteriore per sovrapposizione dei lembi , ove richiesto con rinforzo anteriore e sugli avambracci;polsini in maglia di cotone o altro materiale idoneo e traspirante elasticizzato ,privi di cuciture .Ciascuna confezione deve essere sterile, doppio involucro e deve contenere un telino assorbente asciugamani.

peso 70g/mq +/- 5%

### CAMICI PER VISITATORE STERILI MONOUSO LOTTO 3

TNT in Polipropilene spunbonded chiusura al collo con lacci , allacciatura posteriore con cintura in vita o lacci , polsini in maglia

peso 30g/mq +/- 5%

## TELI CHIRURGICI IN TNT CARATTERISTICHE GENERALI

in tnt bi-accoppiato 50g/mq, assorbenti,impermeabili al passaggio dei fluidi e dei microrganismi,devono avere elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale , morbidi e drappeggiabili ,non devono disperdere particelle,antistatici,le colorazioni devono essere stabili e atossiche ; in confezione singola sterile a doppio involucro

### TELI CHIRURGICI CON BANDA ADESIVA LOTTO 4

- a) 40x60
- b) 75x100
- c) 75x90
- d) 100x100
- e) 100x150
- f) 150x200

### TELI CHIRURGICI CON FORO ADESIVO CENTRALE LOTTO 5

- a) 75x90 foro 7x5 cm
- b)100x150 foro 15x20 cm

### TELI CHIRURGICI IN PU LOTTO 6

Devono essere trasparenti ,antiriflesso, impermeabili ai batteri ma con elevata permeabilita' al vapore acqueo ; adesivo ipoallergenico , sottili ,elastici , resistenti allo strappo ma facilmente tagliabili dal bisturi

### TELO A SACCO PER TAVOLO MAYO LOTTO 7a

in tnt in idoneo materiale plastico tipo polietilene ,totalmente impermeabile , la parte centrale deve essere rinforzata con doppio strato di tnt altamente assorbente , impermeabili ,alta resistenza al calore e allo strappo, non devono rilasciare particelle , antiriflesso;

### TELO A SACCO PER TAVOLO MAYO PER CHIRURGIA OFTALMICA LOTTO 7b

deve essere in morbido tnt bi-accoppiato, antiriflesso,resistente alla trazione ,non deve rilasciare particelle .

### TELO TAVOLO MADRE LOTTO 8

in polietilene pesante ,rinforzo assorbente centrale , 200x250 cm

**TELI PER CHIRURGIA OFTALMICA LOTTO 9**

in tnt bi-accoppiato 75x100 cm con apertura ovale adesiva 6x9 film da incisione e sacca di raccolta capacita' 1,5 lt

**TELO A "U" LOTTO 10**

in TNT idrorepellente cm 150x200 con asola a "U" adesiva

**TELO LAPARATOMICO A "T" LOTTO 11**

in TNT 280x310x190 con apertura adesiva e film da incisione cm 45x75 e rinforzo assorbente

**GAMBALI LOTTO 12**

sterili, in TNT impermeabile CM 70X120 ,al ginocchio , con bordino elasticizzato

**GAMBALE STOCKINETTE LOTTO 13**

sterile ,impermeabile ,la parte interna deve essere in maglina anallergica,l' esterno in pp/pe o pu ,misura 22x100

**GUANTO PUBICO LOTTO 14**

a tre stati, i primi due in TNT assorbente ,il terzo strato in film di poetilene impermeabile ,misura standard

**TASCHE PORTAISTRUMENTI LOTTO 15**

In idoneo materiale plastico trasparente ,con fascia adesiva che consenta un rapido,agevole e sicuro fissaggio nel campo operatorio; a uno o due comparti, in confezione singola,sterili,monouso.

**SET CHIRURGICI PREASSEMBLATI CARATTERISTICHE GENERALI**

Le caratteristiche generali del tnt sono indicate nel paragrafo riguardante i teli chirurgici , se non diversamente specificato ; per quanto riguarda la garza si rimanda alle monografie della FU italiana XII ed. e successivi aggiornamenti; i vari componenti dovranno essere disposti in successione ottimale che consenta il corretto impiego secondo le tecniche asettiche richieste all'uso cui sono destinati

**SET PER CATETERISMO VESCICALE LOTTO 16**

1 telo cm 75x50 biaccoppiato

1 telo cm 50x50 biaccoppiato, fenestrato

1 telo isolamento arto cm 50x50 biaccoppiato

4 tamponi di garza mm 30

1 pinza per tamponi

2 compresse in TNT 10x10 8 strati

1 tubetto di gel lubrificante da 10-15 g

1 siringa da 10 ml contenente acqua distillata sterile

1 sacchetto per la raccolta rifiuti

1 flacone di disinfettante da 25 ml -clorexidina o iodopovidone-

**SET PER POSIZIONAMENTO CATETERE VENOSO CENTRALE LOTTO 17**

1 telo cm 100X120 biaccoppiato

1 telo cm 100X120 con foro biaccoppiato,

1 pinza per tamponi

4 tamponi di garza mm 30

2 compresse in TNT 10x10

1 bisturi con lama fig 10

1 flacone di disinfettante da 25 ml -clorexidina o iodopovidone-

1 sutura in seta 3/0 con ago atraumatico 3/8 di cerchio ,punta triangolare dorso tagliente

1 pinza portaghi

10 tamponi da 30 mm

2 capsule piccole monouso

1 sacchetto per la raccolta rifiuti

**SET PER BIOPSIA EPATICA LOTTO 18**

- 1 telo cm 80X100 biaccoppiato con foro centrale 10 cm
- 1 telo cm 70x70 biaccoppiato,
- 1 pinza per tamponi kelly
- 4 tamponi di garza mm 30
- 4 compresse in TNT 10x10

**SET PER TAGLIO CESAREO LOTTO 19**

- 1 telo in TNT biaccoppiato , rinforzo assorbente , cm 220 x 240
- 2 teli a sacco per tavolo mayo , cm 75 x 190
- 2 teli in TNT biaccoppiato cm 140 x 150
- 1 telo morbido in TNT per neonato cm 140 x 150
- 1 telo cm 180 x 300, biaccoppiato ,con fenestratura centrale e film da incisione cm 30x30 circa , sacche per raccolta liquidi con valvola di drenaggio e passacavi .
- 4 garze laparatomiche cm 45 x45 con filo radiopaco
- 80 compresse di garza con bordi ripiegati cm 15 x 15 , 8 strati, con filo radiopaco
- 40 compresse di garza con bordi ripiegati cm 10 x 10, 8 strati ,con filo radiopaco
- 1 medicazione pronta cm 12 x 18

**SET PER POSIZIONAMENTO PACE-MAKER PROVVISORIO LOTTO 20**

- 1 telo in TNT biaccoppiato copricarrello , cm 140 x 120
- 1 telo in TNT biaccoppiato cm 120 x 160 con foro ovale adesivo cm 8 x 10
- 1 bisturi fig 11
- 1 siringa 10 ml ago G 21 cono eccentrico
- 1 siringa 20 ml ago G 21 cono eccentrico
- 10 tamponi di garza O 60 mm
- 20 compresse di garza 12/8 , 8 strati , 15X15 cm
- 2 salviette per disinfettare
- 2 capsule capacita' 250 ml di colori diversi

**SET PER EMERGENZA CHIRURGICA LOTTO 21**

Strumentario chirurgico in acciaio inossidabile monouso

- 1 forbice mayo hegar
- 1 forbice di metzenbaun delicata cm 16
- 1 pinza mosquito retta cm 12
- 1 pinza mosquito curva cm 12
- 1 pinza kelly retta cm 14
- 1 pinza kelly curva cm 14
- 1 manico da bisturi n 7 con lama fig 11
- 10 garze sterili 18x40
- 1 medicazione pronta 10x15
- 10 tamponi da 30 mm
- 20 fogli di garza pretagliata 10x10
- 2 lunghette 2,5x30
- 1 telino in biaccoppiato 60x60

**SET PER CHIRURGIA UNIVERSALE LOTTO 22**

- 1 telo cm 160x250 con alto adesivo,rinforzo e passacavi
- 1 telo cm 200x180, lato adesivo ,rinforzo e passacavi

1 telo copri mayo 80x145

1 telo avvolgente 100x100

**SET PER TIROIDE LOTTO 23**

1telo copertura tavolo mayo in PE con rinforzo assorbente cm 80x140

1 telo cm 150x240 con fenestratura adesiva a U cm 20x60

1 telo cm 180x240 con fenestratura adesiva a U cm 20x60

1 telo copertura tavolo madre in PE con rinforzo assorbente cm 200x250

**SET PER CAROTIDE LOTTO 24**

1 telo cm 150x240 con fenestratura trapezoidale cm 20x60 largh.x15bs

1 telo cm 180x240 con fenestratura a "V" 20x60

## NORME GENERALI

i prodotti dovranno essere conformi alle normative vigenti e avere le seguenti caratteristiche

1. per quanto riguarda la garza compresa nei kit specialistici si rimanda alle monografie della FU italiana XII ed. e successivi aggiornamenti; il titolo deve essere 12/8 e il filato 32/40
2. devono essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 46/1997 sui dispositivi medici ;
3. devono essere conformi ai valori di riferimento previsti nella EN 13795-1 per cio' che concerne le caratteristiche del TNT
4. dovra' essere indicato il numero di Repertorio Generale dei dispositivi medici, (RDM), ai sensi della L. 266/2002.
5. deve essere indicata la classificazione CND
6. le materie prime usate per il TNT non devono produrre gas o residui tossici all'atto dello smaltimento
7. devono essere privi di lattice
8. 1 campioni devono essere provvisti di etichetta originale con indicato ,dalla ditta produttrice , il codice del prodotto che dovra' corrispondere a quello dell'offerta
9. e' tollerata una differenza nelle misure indicate del +/-5%
10. devono essere garantiti i tempi di consegna in 7 gg lavorativi