

## CHIARIMENTI

Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici di medicazione: garze di cotone, pezze laparotomiche e garze-tampone sterili e non sterili, in quattordici lotti distinti, per il periodo di tre anni, destinati alle esigenze dei Reparti Ospedalieri dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari

In relazione alle istanze di chiarimenti pervenute, si precisa quanto segue:

**Lotto 1 Domanda:** In considerazione del volume e del costo di n. 2 intere pezze di garza da cm. 120x100 m., è consentita la presentazione di n. 2 confezioni costituite ciascuna da un solo metro lineare di garza alta cm. 120, per la valutazione tecnica del prodotto, oppure è ritenuta tassativa la presentazione di n. 2 pezze intere da 100 metri ciascuna?

**Risposta:** Si accetta la campionatura di un solo metro lineare.

**Lotto 4 Domanda:** Si può ridurre a 10 pezzi la quantità massima consentita per ciascuna confezione sterile?

**Risposta:** Trattandosi di prodotto sterile confezionato, si richiede quantitativo massimo di 10 pezzi per busta, si richiede il confezionamento in doppia busta.

**Lotto 6: Domanda:** Ai fini di garantire l'integrità delle garze, è opportuno che debbano necessariamente essere cucite sui bordi?

**Risposta:** Si richiede la cucitura sui bordi considerato che la piegatura non consentirebbe il mantenimento del dispositivo nella forma originale una volta aperta la confezione, non la cucitura diagonale.

**Domanda:** Devono essere fornite di filo radiopaco?

**Risposta :** no utilizzi per medicazioni esterne non in sala operatoria.

**Domanda:** Non risulta richiesta la campionatura

**Risposta:** si richiede la campionatura di due confezioni da 10 pezzi della misura cm 7 x cm 40.

**Domanda:** quanti pezzi deve contenere ogni singola busta?


**Risposta :** 10 pezzi in doppia busta

**Lotto 7 : Domanda :** Lotto 7 - la campionatura richiesta è di n. 3 confezioni per le misure 20x20 e 10x10, quindi 300 pezze laparotomiche della misura 20x20 e n. 300 della misura 10x10 ?

**Risposta :** la campionatura è di 3 pezzi per misura richiesta.

**Lotto 8: Domanda :** Quale è la cucitura richiesta?

**Risposta:** Si richiedono cuciture diagonali o a croce entrambe antiscorrimento.



**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI**

**SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

S.S. 554 Bivio per Sestu - 09042- Monserrato - Tel. 070 / 51096504 - Fax 070/51096520

- Lotto 9:** **Domanda:** La campionatura va inviata nella misura cm. 25X25?  
**Risposta :** Si conferma la descrizione del capitolato per le misure 25x25 30x30 45x45 e la campionatura nella misura 25x25 e 2.5x100.  
**Domanda :** Sono richieste con "cuciture diagonali a croce": trattandosi di due diverse tipologie di cuciture interne antiscorrimento, e quindi presumendo a scelta del concorrente ?  
**Risposta :** come per il lotto 8 si accettano cuciture diagonali o a croce antiscorrimento.
- Lotto 10 :** **Domanda :** Vengono richieste pezze laparatomiche cm 10 x 10 piegate 32 strati visti gli strati e la misura sembrano compresse piegate , chiediamo delucidazioni in merito, Filo RX?  
**Risposta :** si rettifica in compresse piegate con filo RX.
- Lotto 11:** **Domanda :** E' consentita l'offerta di compresse laparatomiche in TNT con barretta radiopaca al solfato di bario saldamente cucita al bordo, internamente agli strati di TNT, oppure è preferito il filo di bario radiopaco termosaldato al TNT internamente agli strati?  
**Risposta :** Si accettano sia il filo di bario cucito internamente che termosaldato.
- Lotto 12:** **Domanda :** E' consentita l'applicazione di cuciture interne antiscorrimento "a croce" oppure le cuciture devono tassativamente essere diagonali?  
**Risposta :** Si accettano anche le cuciture a croce conformemente al dispositivo attualmente in uso.  
**Domanda :** Siamo a chiedere se il fabbisogno indicato di n° 10.000 è riferito a singole pezze oppure a singoli gruppi di 10 pezze ciascuno ?  
**Risposta :** Il fabbisogno è riferito al gruppo costituito da 10 pezze, si rettifica la campionatura a 10 pezzi (ogni pezzo è costituito da 10 garze cucite al supporto).
- Lotto 13:** **Domanda:** Si può ridurre a 10 pezzi la quantità massima consentita per ciascuna confezione sterile?E' possibile il confezionamento in doppia busta?  
**Domanda:** Vengono richiesti tamponi rotondi RX sterili, quanti pezzi debba contenere ogni singola busta ?  
**Risposta:** Si rettifica la quantità in n° 10 pezzi e confezionamento doppia busta.
- NB per tutti i dispositivi sterili si richiede confezionamento in doppia busta
- Capitolato speciale: Art. 6 Domanda:** Si deve presentare la dichiarazione di conformità CEI o trattasi di refuso?  
**Risposta:** Trattasi di refuso.

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato  
Dott.ssa Maria Teresa Piras