

CHIARIMENTI AVVISO DI INDAGINE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA BIENNALE DI CIRCUITI PER VENTILATORE MONOPAZIENTE E MONOUSO PER LA S.C. TIN DELL'AOU DI CAGLIARI

- i circuiti per la ventilazione devono essere compatibili con gli umidificatori in dotazione della TIN (Umidificatore Aircon Wilamed, REF 100.900),
- dei 500 pezzi/anno circa 2/3 serviranno per la ventilazione non invasiva e 1/3 per quella invasiva,
- nei circuiti per la ventilazione invasiva deve essere compresa, se possibile, la camera di umidificazione,
- nei circuiti per la ventilazione non invasiva la camera di umidificazione deve essere separatamente (per ridurre gli sprechi).

Considerati i chiarimenti la scadenza dell'avviso viene prorogata al giorno 11 dicembre 2023