

## ALLEGATO TECNICO

Procedura per la fornitura per il periodo di un anno di **“Materiale per Oculistica Sterile Monouso”**,  
destinato alle esigenze del Servizio di Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Cagliari. –

RIF	MATERIALE PER OCULISTICA STERILE MONOUSO	QUANTITA' Annuia	CAMPIONI RICHIESTI
1	Cannule da infusione per vitrectomia 20 G, per liquidi non viscosi, con tubicino flessibile lungo circa 25 cm con terminale luer lock, sterili, monouso, punta da 6 mm	60	2
2	Cannula monouso, per aspirazione liquido sotto-retinico, con punta in silicone estesa a 6 mm dalla punta silicone, 20 G lunghezza totale 37 mm	50	2
3	Cannula irrigante per camera anteriore, mis 27 G X 25 mm, punta rotonda, angolata di 30° a 11 mm dalla punta	1500	5
4	Cannula per idrodissezione del nucleo, 27 G X 25 mm, con punta piatta curva	2500	2
5	Cannula irrigante di KRATZ, per la pulizia della capsula, mis 21 G X 25 mm, punta chiusa leggermente ruvida con foro, angolata a 8 mm dalla punta	50	2
6	Aghi per anestesia retrobulbare mis 23 G 0,60 X 38 mm	1000	5
7	Retrattori iridei, in nylon e silicone, flessibili, di facile introduzione e rimozione, sterili, monouso, set da 4 pz	100	2
8	Cannule vitreoretiniche per iniezione liquidi 23G	200	2
9	Cannule vitreoretiniche per iniezione liquidi 25G	200	2
10	Cannule per perfluoro con reflusso 23G	200	2
11	Cannule per perfluoro con reflusso 25G	200	2
12	Pick retinici 23G	200	2
13	Pick retinici 25G	200	2
14	Spatole retiniche per delaminazione 23G	200	2
15	Spatole retiniche per delaminazione 25G	200	2
16	Aghi di charles attivi/passivi protetti 23G	200	2
17	Aghi di charles attivi/passivi protetti 25G	200	2
18	Aghi di charles attivi/passivi non protetti 23G	200	2
19	Aghi di charles attivi/passivi non protetti 25G	200	2