



## AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

[www.aoucagliari.it](http://www.aoucagliari.it)QUESITI PERVENUTI ALLA DATA DEL 21/12/2012

Relativi alla Gara d'appalto con procedura aperta per la fornitura Attrezzature per le attività di screening dei tumori della mammella delibera GR n.47/24 del 30.12.2010 - Progetto di miglioramento degli screening oncologici per la Sardegna.

N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
<b>CAPITOLATO SPECIALE</b>			
1	Art.8 - contenuto busta A e B	Poiché viene richiesto che la documentazione amministrativa e tecnica sia rilegata in un unico volume di 40 pag. fronte/retro si chiede se sia possibile estendere il numero delle pagine previste.	Si
2	Art.21 inadempimento/penali	Si fa presente che le penali indicate in caso di ritardi sulle consegne sono delle penali manifestamente eccessive .	Come previsto dall'art. 145. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 si applicheranno le penali previste al Comma 3 .
3	Art.8 - Contenuto busta "C": Offerta Economica	Si chiede di presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo a corredo dell'offerta economica solo in caso di accertata anomalia dell'offerta	E' possibile presentare le giustificazioni sia in sede di offerta, allegate nella busta C, sia su richiesta dell'Ente successivamente in caso di accertata anomalia dell'offerta.
4	Art.8 Contenuto busta " B": Offerta Tecnica	Dove è possibile trovare l'allegato modulo assistenza tecnica?	Il modulo è reperibile nel sito
5	Art.8 - Contenuto busta	In caso di partecipazione per più lotti quante buste deve contenere l'offerta?	in caso di partecipazione a più lotti è necessario inserire nel plico generale: 1 busta B (tecnica) per ogni lotto e 1 busta C (economica) per ogni lotto a cui si partecipa mentre la busta A (amministrativa) deve essere una per tutta la gara .
<b>CAPITOLATO SPECIALE</b>			
6	Lotti 2 e 3	Sono richieste 2 stampanti di cui una B/N e una a colori?	È richiesta n. 1 Stampante bianco/nero o a colori medicale.
7	Lotto 4	I sistema HW e SW per il controllo della qualità deve essere uno per l'intero lotto o uno per singola macchina?	Poiché si tratta di 4 sistemi che sono destinati a strutture diverse, ogni sistema deve essere completo di tutto quanto previsto dal capitolato tecnico.
8	Lotto 4	Per la richiesta di un sistema predisposto alla integrazione con altri lettori CR si chiede di	Per il sistema destinato a Nuoro le apparecchiature



N.	Riferimento al Capitolato	Domanda	Risposta
		dettagliare la richiesta	<p>già in possesso sono le CR Carestream DirectView Elite dotate di software mammografico e la compatibilità richiesta è relativa agli standard Dicom ed al RIS-PACS della Carestream di prossima installazione (le CR in questione dovranno consentire la memorizzazione degli esami e dei referti nel PACS, acquisire le liste dei pazienti e scaricare gli esami eseguiti nel RIS consentendo di seguire tutte le fasi di programmazione, archiviazione, refertazione, recupero di esami precedenti).</p> <p>Il referente tecnico della Ditta fornitrice è la INSO delle CR in possesso della ASL di Nuoro del RIS-PACS di prossima fornitura.</p> <p>Mentre per il sistema destinato alla ASL di Sassari il sistema dovrà interfacciarsi con il RIS/PACS presente della ditta ESAOTE pertanto il riferimento tecnico è la ditta ESAOTE</p>