

## Fornitura endoprotesi per il Servizio di Diagnostica e Chirurgia Endoscopica dell'A.O.U. di Cagliari.

### ALLEGATO TECNICO

Condizioni della fornitura:

Si richiede la fornitura di endoprotesi, mediante sistema di "conto deposito" al fine di poter avere la disponibilità immediata del materiale in questione. La Ditta (o le Ditte) che saranno aggiudicatrici della gara dovranno essere in grado di soddisfare le seguenti richieste:

1. Necessità di assicurare la più ampia gamma di modelli e misure di endoprotesi autoespandibili in **NITINOL**, sia dei modelli TTS che dei modelli OTW, sia rivestite che non rivestite.
2. Dovranno essere disponibili quelle endoprotesi posizionabili in qualunque tratto del tubo digerente che attualmente il mercato mette a disposizione (esofagee, pilorico-duodenali, coloretali).
3. Dovranno essere corredate di markers radiopachi, dispositivi per l'eventuale rimozione in caso di malposizionamento o dislocamento, avere un disegno quanto più possibile "antimigrazione" ed estremità quanto più possibile atraumatiche. Il sistema di rilascio della protesi deve permettere la più ampia possibilità di riposizionamento. Si preferiscono gli stent con caratteristiche "autoconformanti", che si adattano quindi alla tortuosità della stenosi.
4. Per le endoprotesi esofagee, dovranno essere disponibili anche modelli studiati per le stenosi del cardias, per fistole esofago-tracheali, per stenosi dell'esofago cervicale e, ove possibile, con possibilità di scelta di rilascio prossimale o distale (scelta eventualmente applicabile alle protesi enterali nel caso di immissione nel mercato di stents con analoghe caratteristiche).
5. Nel caso necessiti una protesi che non sia compresa nel conto deposito, la Ditta dovrà impegnarsi a procurarla nell'arco di 72 ore dalla richiesta da parte del Servizio Farmacia.
6. A parità di qualità del prodotto, valutato anche con l'esperienza dell'utilizzatore, verrà aggiudicato il dispositivo con prezzo inferiore.
7. Il conto deposito dovrà essere costituito presso il reparto di endoscopia digestiva Blocco M del Policlinico di Monserrato, i dispositivi dovranno essere accompagnati da regolare DDT di accompagnamento.
8. Si richiede un conto deposito per n° 4 pezzi delle misure richieste dal Medico endoscopista.
9. L'Ente AOU rimane responsabile della corretta conservazione e stoccaggio dei dispositivi.
10. Le protesi rimangono di proprietà della Ditta aggiudicataria della fornitura.
11. L'impianto dei dispositivi dovrà avvenire utilizzando i dispositivi con scadenza più ravvicinata.
12. Il Medico endoscopista comunicherà tempestivamente l'impianto dello stent al fine di consentire l'emissione dell'ordinativo, con indicazione del numero di lotto e codice del dispositivo utilizzato.
13. La ditta Aggiudicataria dovrà monitorare le giacenze al fine di evitare la scadenza dei dispositivi.

### Quantitativi annui presunti

Voce riferimento	PRODOTTO	Quantità annue previste
1	Protesi Esofagee	6
2	Protesi Pilorico Duodenali	3
3	Protesi Colon Rettali	20