



LOTTO N. 5

N. 2 Elettrocardiografi neonatali

CARATTERISTICHE TECNICHE

Da destinare alla Patologia Neonatale.

Descrizione come proposto da	RILEVA I POTENZIALI ELETTRICI CONNESSI CON L'ATTIVITÀ CARDIACA MEDIANTE ELETTRODI ESTERNI, NE FORNISCE UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA E
classificazione CND:	PERMETTE UAN DIAGNOSI AVANZATA
Codice CND:	Z12050302

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Elettrocardiografo interpretativo destinato all'uso con neonati avente le seguenti caratteristiche:

- Risposta in frequenza 0.05 . 250 Hz
- Dotato di un ampio display integrato per la visualizzazione contemporanea di 12 derivazioni
- In grado di rivedere almeno gli ultimi 10 minuti registrazione
- Interfaccia utente per l'inserimento dei dati e comandi per l'esecuzione dell'esame e per l'impostazione rapida dei parametri
- Dotato di stampante alta definizione integrata, per la stampa dell'ECG su formato A4
- Software con algoritmi interpretativi dedicati, in grado di effettuare misurazioni, estrapolare parametri derivati ed in grado di riconoscere e marcare i principali eventi patologici occorrenti
- Sistema di identificazione pacemaker
- Dotato di protezione contro gli eventi di scarica di un defibrillatore
- In grado di esportare ECG in formato XML
- Predisposto per essere collegato su rete informatica aziendale
- Memoria in grado di archiviare almeno 50 tracciati completi
- Dotato di alimentazione esterna alla rete e alimentazione ausiliaria con batteria/e interna/e ricaricabile/i in grado di alimentare l'apparecchio in assenza di rete per almeno 1 ora in funzionamento continuo
- Completo di carrello trasportatore dotato di braccio reggi-cavo e specifici vani (ripiani/cassetti/cestelli) porta-accessori e di maniglie incorporate (o altri dispositivi) per la comoda movimentazione
- Completo di ogni accessorio necessario per il normale e corretto utilizzo
- Materiali e superfici di facile pulizia e disinfezione, resistente agli urti, con adeguato grado di protezione ai liquidi
- Dimensioni e peso contenuti

Sede Legale:

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 03108560925

Contatti:

Tel. 070.6092343/2599 . Fax: 070.6092344
email: dir.generale@oucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.oucagliari.it

Web: www.ouca.it . www.oucagliari.it

 facebook.com/Aoucagliari
 twitter.com/AOUCagliari
 **Youtube:** Aou Cagliari Tv



**AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI**

- Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE e successivi emendamenti, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata.

Requisiti migliorativi:

- Apparecchio con 12 canali di acquisizione contemporanea del segnale ECG

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Requisiti qualitativi	
Soluzione progettuale generale (caratteristiche costruttive, ingombri e pesi, pulizia e sanificazione, dimensioni e qualità display, ecc.)	10
Batterie (durata complessiva)	10
Software interpretativi (numero, tipologia e caratteristiche)	10
Ergonomia di utilizzo (interfaccia utente, formati stampa, sistemi di esportazione/interfaccia SW sanitari, archivio tracciati, ecc.)	10
Ultimi minuti di registrazione (durata massima, numero canali contemporaneamente registrati, full disclosure oppure no)	10
Completezza dotazione accessoria (Cavi, batterie, parti applicate, ecc.)	6
Numero canali di acquisizione contemporanea	-
• fino a 6	6
• fino a 12	8
Totale	70

TOTALE A BASE DATA 14.000,00

CIG N. 7642952B81

Fidejussione 280,00