



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



## CAPITOLATO TECNICO

### LOTTO N. 7

#### **N. 1 COLONNA LAPAROSCOPICA**

**CIG N. 3888113C56**

**Importo a base d'asta € 65.000,00 comprensivo di IVA**

Colonna laparoscopica avente la seguente configurazione:

1. 1 Carrello per laparoscopia

Deve avere ripiani multipli, munito di cassetto, con braccio articolato per monitor supplementare (minimo 19"), supporto per bombola CO<sub>2</sub>, trasformatore per alimentazione isolato con interruttore unico.

2. 2 Monitor per laparoscopia LCD

Devono avere diagonale non inferiore a 23" e devono essere compatibili con lo standard di rappresentazione delle immagini in alta definizione (HDTV LCD).

3. 1 Monitor supplementare per laparoscopia a schermo piatto

Deve avere diagonale non inferiore a 19", da fissare al braccio articolato del carrello.

4. 1 Fonte di luce

Deve essere di adeguata potenza (almeno 300 watt), dotata di lampada allo Xenon.

5. 1 Insufflatore CO<sub>2</sub>

Deve essere ad alto flusso (30lt/min), provvisto di sistema elettronico di riscaldamento del gas.

6. 1 Telecamera

Telecamera per laparoscopia 3CCD full HD, completa di manipolo camera.

7. 2 Cavo luce

Cavo luce a fibre ottiche, autoclavabile.

8. Ottica laparoscopica

Si richiedono 2 ottiche 5 mm 30° e 0°.

Il sistema deve essere fornito completo, oltre che di una dotazione minima di avviamento (comprensiva degli accessori e del materiale di consumo necessari) tali da consentire la messa in servizio ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.