



**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI**

**pedale "San Giovanni di Dio"**

Servizio di Farmacia

Attore: dott.ssa Antonella Argiolu

Al Responsabile Servizio Acquisti  
c/o Policlinico Monserrato

prot. n° 613 128.06.2010  
rich. dispositivi medici n° 63 128.06.2010

FABBISOGNO: 24 MESI

3. I QUANTITATIVI SONO RIFERITI AD UN FABBISOGNO BIENNALE

dice aziendale	descrizione prodotto	u.m.	quantità	prezzo unit.
	<b>CATETERI OMBELICALI</b> , sterili, monouso, in pvc o poliuretano, con indicatori di profondità da 5 a 25 cm dalla estremità			
9375	distale. CH 5 lunghezza 40 cm circa	n	500	2,55000
9376	CH 8 lunghezza 40 cm circa	n	200	2,55000
17124	<b>MANDRINI PER INTUBAZIONE</b> , sterili, monouso, con l'anima interna in alluminio malleabile, guaina di rivestimento plastico medical - grade. Specifici per tubi endotracheali dal Ø 2 mm al Ø 4,5 mm.	n	1200	9,00000
	<b>CATETERI VENOSI AD ACCESSO PERIFERICO</b>			
9977	In poliuretano, Ø 27 / 28G, con marcatura ogni 5 cm dalla punta ed alette di fissaggio. Lungh. 20 cm, ago apribile 24 G, lungh. 15 mm	n	250	46,0000
9976	In poliuretano, Ø 23G con marcatura ogni 5 cm dalla punta ed alette di fissaggio. Lungh. 30 cm, ago apribile 20 G, lungh. 25mm	n	20	46,0000
6895	<b>AGHI A FARFALLA TIPO SHORT</b> , sterili, monouso, in acciaio inox siliconato, punta a triplice affilatura, alette laterali flessibili, tubo morbido, ultra sottile. G 25 lunghezza ago 10 mm.	n	800	0,5200

P.O. San Giovanni di Dio  
Direzione Sanitaria  
Dr. Serrelli Luigi  
Matr. 47141

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Dott. Patrizia Coroforo  
FARMACISTA DIRIGENTE  
MATRICOLA 09860

*Patrizia Coroforo*