



LOTTO 4

N. 4 Sistema CR (Computed Radiography) mammografico - Single Slot destinati n. 3 alla ASL di Nu e n. 1 ASL SS

CIG N. 4678059867

Importo a base d'asta € 120.000,00 IVA Esclusa

I sistemi CR forniti devono soddisfare le seguenti caratteristiche minime:

- Sistema con caricamento singolo delle cassette, workstation operativa integrata che gestisca tutte le funzioni del sistema dall'accettazione alla post elaborazione, corredata di software dedicati e di sistema di identificazione del paziente.
- Lettore dotato di postazione di controllo con funzione di impostazione del lavoro e post elaborazione delle immagini con interfaccia utente ergonomica e facilità d'uso.
- Monitor Touch Screen da almeno 17"
- Elevata produttività (precisare numero di plates per ora con la relativa risoluzione).
- Possibilità di memorizzazione temporanea degli esami effettuati (minimo 2000 immagini).
- Possibilità di applicare un elevato numero di algoritmi specifici per le diverse tipologie di esami effettuati.
- Software avanzato di elaborazione e post-processing delle immagini in lingua italiana.
- Facile archiviazione e estrazione del record radiologico del paziente in collegamento con sistema RIS_PACS
- Stampa diretta degli esami prodotti.
- Elevata produttività in modalità mammografica (indicare nel formato 18x24).
- Elevata matrice di acquisizione in modalità mammografica (indicare).
- Sistema software e hardware (fantocci) per il controllo della qualità, preferibilmente automatico.
- Conformità allo standard DICOM 3.0.
- Gruppo di continuità a corredo, tale da garantire la piena funzionalità del sistema in assenza di tensione di rete.
- Sistema predisposto alla integrazione con altri lettori CR.
- Completo di:
 - N° 4 cassette Mammografiche 18x24
 - N° 4 cassette Mammografiche 24x30.
 - Marcatura CE